

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ ๒ มิติ
โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดขัยภูมิ

๑. ความต้องการ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ ๒ มิติ

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้เป็นชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง

๓. รายละเอียดทั่วไป

๓.๑ เครื่องควบคุมและประมวลสัญญาณภาพสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง	จำนวน ๑ เครื่อง
๓.๒ หัวกล้องรับภาพสำหรับผ่าตัดผ่านกล้องชนิดความละเอียดระดับ Full HD	จำนวน ๑ ชิ้น
๓.๓ เครื่องกำเนิดแสงชนิดหลอด LED	จำนวน ๑ เครื่อง
๓.๔ สายนำแสง	จำนวน ๑ ชิ้น
๓.๕ เครื่องควบคุมอัตราการจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	จำนวน ๑ เครื่อง
๓.๖ เลนส์สำหรับทำการผ่าตัดผ่านกล้อง	จำนวน ๒ ชิ้น
๓.๗ จอแสดงภาพทางการแพทย์ชนิดความละเอียดระดับ Full HD	จำนวน ๑ จอ
๓.๘ สายเชื่อมต่อ กับเครื่องจีด้วยระบบ SDS (Smart Device System)	จำนวน ๑ เส้น
๓.๙ รถเข็น	จำนวน ๑ คัน

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ เครื่องควบคุมและประมวลสัญญาณภาพสำหรับผ่าตัดผ่านกล้องชนิดความละเอียดระดับ Full HD	จำนวน ๑ เครื่อง
๔.๑.๑ มีฟังก์ชั่น Edge Enhancement, Automatic gain control, และ Dynamic contrast เพื่อช่วยในการผ่าตัด	
๔.๑.๒ ความละเอียดภาพระดับ Full HD	
๔.๑.๓ มีฟังก์ชั่น Selective Color Enhancement (SCE) เพื่อให้มองเห็นสีเดียวและโครงสร้างเนื้อเยื่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	
๔.๑.๔ มีฟังก์ชั่น Smoke reduction เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นขณะทำการจีด	
๔.๑.๕ มีฟังก์ชั่น Grid removal	
๔.๑.๖ สามารถต่อหัวกล้องได้หลากหลาย	
๔.๑.๗ มีการตั้งค่าเฉพาะที่เหมาะสมกับการผ่าตัดในแต่ละประเภทได้แก่ Laparoscopy, Arthroscopy, Gynecology, Urology, ENT, Fiberscope, Neuroendoscopy	

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดขัยภูมิที่ ๗๕๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ ๒ มิติ	จำนวน ๔ แผ่น แผ่นที่ ๑
(นางพีรภูล ชวัชพงศ์ธร)	นายเชวง เส็ส
นายแพทย์ชำนาญการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- ๔.๑.๔ มีช่องสำหรับเชื่อมต่อ กับเครื่องกำนัตแสงเพื่อควบคุมความสว่างของแสงผ่านหัวกล้อง
- ๔.๑.๕ สามารถบันทึกภาพนิ่งได้ความละเอียดระดับ Full HD ผ่านทางช่อง USB
- ๔.๑.๖ มีปุ่มควบคุมจำนวน ๔ ปุ่ม คือ เปิด/ปิด, เมนู, white balance และปุ่มถ่ายภาพ
- ๔.๑.๗ ช่องสัญญาณขาออกแบบ DVI จำนวน ๒ ช่อง และ HD-SDI จำนวน ๒ ช่อง
- ๔.๑.๘ มีช่องต่อสำหรับควบคุม (Remote input) ขนาด ๒x๓.๕ มิลลิเมตร สำหรับต่อ Foot control switch
- ๔.๑.๙ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐๐-๒๔๐ V, ๕๐/๖๐ Hz
- ๔.๒ หัวกล้องรับภาพสำหรับผ่าตัดผ่านกล้องชนิดความละเอียดระดับ Full HD จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๑ ความละเอียดชิปรับภาพระดับ Full HD (๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixels)
- ๔.๒.๒ สามารถขยายภาพแบบ Optical ได้ ๒ เท่า
- ๔.๒.๓ สามารถขยายภาพแบบ Digital ได้ ๓ เท่า
- ๔.๒.๔ สามารถถือค้อนต่อระหว่างเลนส์ได้
- ๔.๒.๕ สามารถใช้กับการทำหัวตัดการได้หลากหลาย
- ๔.๒.๖ มีปุ่มสำหรับตั้งพังก์ชันได้อย่างอิสระจำนวน ๓ ปุ่ม
- ๔.๒.๗ สามารถต่อ กับเลนส์ได้ทุกยี่ห้อ
- ๔.๒.๘ ชิปรับภาพชนิด CMOS ขนาด ๑/๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชิป หรือตึ่กว่า
- ๔.๓ เครื่องกำเนิดแสงชนิดหลอด LED จำนวน ๑ เครื่อง
- ๔.๓.๑ หลอดไฟชนิด LED
- ๔.๓.๒ อุณหภูมิสีอยู่ที่ ๖,๕๐๐ Kelvin
- ๔.๓.๓ อายุการใช้งานของหลอดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- ๔.๓.๔ ค่าความเข้มข้นของการส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ Lumen
- ๔.๓.๕ มีช่องต่อ MIS-Bus Interface
- ๔.๓.๖ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐๐-๒๔๐V, ๕๐/๖๐ Hz
- ๔.๔ สายนำแสง จำนวน ๑ เส้น
- ๔.๔.๑ สายนำแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔.๔ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๓ เมตร
- ๔.๔.๒ เครื่องควบคุมอัตราการจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง
- ๔.๔.๓ อัตราการจ่ายแก๊สสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตรต่อนาที
- ๔.๔.๔ เครื่องควบคุมการจ่ายแก๊สมีระบบอุ่นแก๊สอยู่ในเครื่องเดียวกัน
- ๔.๔.๕ สามารถตั้งแรงดันได้ตั้งแต่ ๑-๓๐ มิลลิเมตรปอนต์
- ๔.๔.๖ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐๐-๒๔๐ V, ๕๐/๖๐Hz

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาคลัง ตามคำสั่งจังหวัดซึ่งมีที่ ๑๔๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๔ แผ่น แผ่นที่ ๒	
กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องห้องขันดิวตี้ทั้งหมดแบบคมชัดสูงชนิดภาพ ๒ มิติ	กำหนด ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	
 (นางพีรยุล ชรัชธรรม) นายแพทย์ชำนาญการ	 (นางสาวกิติกร สมมาหา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	 (นายเชวะ เลสัย) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๔.๖ เลนส์สำหรับทำการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน ๒ ชิ้น

๔.๖.๑ เลนส์สำหรับทำการผ่าตัดผ่านกล้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ มิลลิเมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร ทิศทางมองภาพ ๐ องศา จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๖.๒ เลนส์สำหรับทำการผ่าตัดผ่านกล้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ มิลลิเมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร ทิศทางมองภาพ ๓๐ องศา จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๗ จอแสดงภาพทางการแพทย์ชนิดความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD จำนวน ๑ จอ

๔.๗.๑ เป็นจอรับภาพสีชนิด IPS ที่แสดงภาพจากเครื่องประมวลสัญญาณวีดีทัศน์ มีขนาด
ไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว

๔.๗.๒ จอยา pem มาตรฐานทางการแพทย์ สามารถรองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า
๑,๙๒๐ X ๑,๐๘๐

๔.๗.๓ ใช้กระแทกไฟฟ้า ๑๐๐-๒๔๐ โวลต์ ๕๐/๖๐ เฮิริตซ์

๔.๘ สายเชื่อมต่อ กับเครื่องเจ็ตด้วยระบบ SDS (Smart Device System) Monopolar laparoscopic
cable, L: ๓ m, ๕mm female, SDS plug จำนวน ๑ เส้น

๔.๙ รถเข็น จำนวน ๑ คัน

๔.๙.๑ ทำด้วยวัสดุแข็งแรง

๔.๙.๒ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย และสามารถล็อกล้อให้อยู่กับที่ได้

๕. อุปกรณ์ประกอบ

๕.๑ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง

๕.๒ ถุงใสหัวกล้อง จำนวน ๑ ชิ้น

๕.๓ ถุงใสเลนส์ จำนวน ๑ ชิ้น

๕.๔ สายแก๊ส CO₂ ชนิด Reusable จำนวน ๑ เส้น

๕.๕ ถังแก๊ส CO₂ จำนวน ๑ ถัง

๕.๖ มาตรวัดและปรับแรงดันแก๊ส CO₂ จำนวน ๑ อัน

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ มีคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๖.๒ ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา ๑ ปี

นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด

บกพร่อง หรือขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่

ในสภาพใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งสิ้น ถ้าซ่อมเสร็จล่าช้าผู้ขายยินยอมให้ปรับวันลงทะเบียนละ ๐.๒๐ ของราคากล่อง หรือหากเครื่องที่

มีสภาพการใช้งานได้ดีมาให้สำรองใช้ระหว่างซ่อม

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากล่อง ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ ๗๕๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๔ แผ่น แผ่นที่ ๓
กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ ๒ มิติ	กำหนด ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗
(นางพีรภูล รัวะพงศ์ธร) นายแพทย์ชำนาญการ	(นายสุวิทย์ สมatha) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

- ๖.๓ ต้องส่งผู้ชำนาญมาตรวจและปรับเครื่องเป็นประจำทุก ๕ เดือน เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันตรวจรับ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๔ บริษัทต้องส่งผู้ชำนาญการมาแนะนำการใช้งานเครื่อง จนกว่าแพทย์และเจ้าหน้าที่จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๕ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา
- ๖.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก พร้อมทำเครื่องหมายระบุตัวเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดของทางราชการ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรายการลง นามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ ๗๕๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๔ แผ่น แผ่นที่ ๔	
กล่องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องห้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ ๒ มิติ	กำหนด ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	
(นางพิริกุล ชัยพงศ์ธร) นายแพทย์ชำนาญการ	(นางสาวกิติกร スマatha) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	(นายเชวง เสสो) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ